

## ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Dipartimento Provinciale di Lucca

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel. : 0583-958711 Fax : 0583-958720

Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO

**Rapporto di Prova N. 2005-3007**

**del 19/09/2005**

**Richiedente:** ZETAPLAST SPA

**Indirizzo:** VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA

**NUM.REGISTRO:** 3157

**Anno:** 2005

**Data registrazione:** 26/08/2005

**Campione ordinario**

**Pratica N°:** 2096

**Campione di:** POLIETILENE SEZIONE AZZURRO **Prelevato da:** PRIVATO

**Richiesta di prova N°:** 2005/8

**del:** 26/08/2005

**Data di prelievo:** 26/08/2005

**Luogo Prelievo:** NON DEFINITO

**Modalità di conservazione**

**Al prelievo:**

**Al trasporto:** TEMPERATURA AMBIENTE

**In dipartimento:** TEMPERATURA AMBIENTE

**Loc. esecuz. prova:** ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

**Prova iniziata il:** 29/08/2005

**Conclusa il:** 19/09/2005

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di misura
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	= 0,1	mg/dm <sup>2</sup>
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	= 98	T.O. %

**Esecutori delle Prove**

p.to Gabriella Dispetta

**Responsabile supervisione tecnica**

Dott. Alberto Tessa

**Parere di Conformità:** I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A ( acqua ), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .

*I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.*

*Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT*



**Responsabile U.O.**

Dott. Alberto Tessa